수질측정키트

B50-FreeCIM1 측정설명서

ITS-480023-B-50

측 정 범 위

* 측정횟수 : 50회

Free Chlorine	0 / 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
	11/ 15 / 20 / 25 ppm (mg/L)

Step 1 : 측정시작

Notice : 스트립을 앞뒤로 저어가며 5초간 담급니다.

Step 2 : 물 털어내기

Notice : 측정구간 간의 물 섞임 주의하여 수직으로 강하게 한번에 털어냅니다.



Step 3 : 측정후 대기 : 30초

Step 4 : 측정색 읽기

Notice : 1분 내에 용기 겉면에 있는 색 대조표를 이용하여 측정색을 읽습니다.



SECHANG INSTRUMENTS

1. **환경/교육**
   수영장 모니터링, 산업 방류수 오염, 지하수 모니터링, 토양 모니터링, 수족관 모니터링 외
2. **물/폐수**
   냉각수, 식수 처리 공장 잔여 방역 모니터링 외
3. **화학공정**
   방직 공장, 강철 공장, 석유 화학 공장, 화학 공장, 전자 제품 제조 공장 외
4. **펄프와 종이**
   보일러, 냉각 용수 및 폐수, 유출수, 표백, 세탁, 펄프가공 외
5. **음식과 음료**
   포장, 살균, 생수공장, 양조장외
6. **석유 해상도**
   보일러, 냉각수, 토양, 발전소 외

*뒷면참조

SECHANG INSTRUMENTS

서울특별시 구로구 디지털로26길 5, 1303 (구로동,에이스하이엔드타워)
/ Tel : 02-6292-1000 / Fax : 02-6292-1099
/ URL : www.sechang.com