

Qualitätszertifikat

Certificate of quality · Certificado de calidad

Eignung der Spectroquant® Testsätze zur Selbstüberwachung

Applicability of Spectroquant® Test Kits for Self-Monitoring.

Aptitud de los equipos de ensayo Spectroquant® para autovigilancia

Die Verfahrenskenndaten für den unten genannten Testsatz wurden gemäß ISO 8466-1 und DIN 38402 A51 "Kalibrierung von Analysenverfahren" bei der Produktionsendkontrolle ermittelt.

The test characteristic data of the procedure of the following test kit were determined in accordance with ISO 8466-1 and DIN 38402 A51 "Calibration of analysis methods" during the production control process.

Los datos característicos del procedimiento para el equipo de ensayo abajo citado se determinaron según ISO 8466-1 y DIN 38402 A51 "Calibración de procedimientos analíticos" durante el control final de producción.

Spectroquant® Phosphat-Küvettentest, Art.-Nr. 1.14543

Spectroquant® Phosphate Cell Test, Cat. No. 1.14543

Spectroquant® Test en cubetas Fosfatos, Art. Núm. 1.14543

| | |
|---|-------------------------------------|
| Messbereich / Measuring Range / Intervalo de medida | 0.05 – 5.00 mg/l PO ₄ -P |
| Empfindlichkeit: 0.010 E (Extinktion) = Sensitivity: 0.010 A (absorbance) = Sensibilidad: 0.010 A (absorbancia) = | 0.016 mg/l PO ₄ -P |
| Nachweisgrenze Lower Limit of Detection (LLD) Límite de detección | 0.008 mg/l PO ₄ -P |
| Bestimmungsgrenze Method Detection Limit (MDL) Límite de determinación | 0.02 mg/l PO ₄ -P |
| Vertrauensbereich (95 % Wahrscheinlichkeit) (Mittelwert aller Chargen) Confidence Interval (P = 95 %) (average value of lots) Intervalo de confianza (95 % de probabilidad) (valor medio de todos los lotes) | ± 0.05 mg/l PO ₄ -P |
| Verfahrensstandardabweichung (Mittelwert aller Chargen) Standard Deviation of Procedure (average value of lots) Desviación estándar del procedimiento (valor medio de todos los lotes) | ± 0.027 mg/l PO ₄ -P |
| Verfahrensvariationskoeffizient (Mittelwert aller Chargen) Variation Coefficient of Procedure (average value of lots) Coeficiente de variación del procedimiento (valor medio de todos los lotes) | ± 1.1 % |
| Anzahl Produktionschargen zur Berechnung Number of Lots for calculation Número de lotes de producción para el cálculo | 23 |
| Genauigkeit / Accuracy / Exactitud | ± 0.07 mg/l PO ₄ -P |

Merck KGaA, Darmstadt, 10.10.2004



Susen Püschel

Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany