pH Check SFK, 30tests

Test Procedure

1) 측정 스트립을 약 10 초간 측정샘플(물)에 부드럽게 저어가면서 담근다.
2) 측정 스트립을 샘플에서 빼고 스트립에 과도하게 묻어있는 샘플(물)을 제거한다.
3) 20 초간 색이 변하는 것을 기다린다. 이후 색 대조표의 A 와 B 의 대조군과 가장 근접한 측정색을 읽는다.
*) 가장 적합한 측정은 20 초간 기다린후 10 초안에 측정값을 읽는다

Model	P30-Ex-pH
pH 범위	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 11 / 12 pH